

**DETTAGLIO BANDO DI GARA**

<b>Codice Bando di Gara</b>	<b>Descrizione Bando di Gara</b>	<b>Protocollo Bando di Gara</b>
tender_220809	FORNITURA DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE (N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA ICP-QQQ; N. 1 BANCO CAPPATO MONOFRONTE; N. 1 SISTEMA DI PRODUZ. DI ACQUA PURA TIPO 2 CON ELETTRODEIONIZZAZIONE E ACQUA ULTRAPURA TIPO 1 PER ICP-QQQ) - PROG. POMIND - WBS PV13TE01	

**Impostazioni**

<b>Codice Gara in busta chiusa (RDO)</b>	<b>Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)</b>	<b>Descrizione Gara in busta chiusa (RDO)</b>
rfq_414096	LOTTO 1 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SPETTROMETRO DI MASSA ICP-QQQ NELL'AMBITO DEL PROGETTO POMIND - WBS PV13TE01 - CUP B84B13000480002. GARA ANAC 9095278 - CIG LOTTO 1: 9822282386	LOTTO 1 - FORNITURA E INSTALLAZIONE SPETTROMETRO DI MASSA ICP-QQQ NELL'AMBITO DEL PROGETTO POMIND - WBS PV13TE01 - CUP B84B13000480002. GARA ANAC 9095278 - CIG LOTTO 1: 9822282386

<b>Tipo di Gara in busta chiusa (RDO)</b>	<b>Modalità consultazione buste</b>	<b>Livello Ordinamento</b>	<b>Livello di Aggiudicazione attuale</b>
Gara in busta chiusa (RDO) per tutti (offerta richiesta)	In busta chiusa (apertura sequenziale)	Globale	Globale (Miglior Prezzo)

<b>Busta di Qualifica</b>	<b>Busta Tecnica</b>	<b>Busta Economica</b>
No	Sì	Sì

<b>Strategia di ordinamento delle Offerte</b>	<b>Strategia Busta Economica</b>	<b>Stato Gara in busta chiusa (RDO)</b>
Miglior Prezzo	Vince il prezzo più basso	Valutazione Finale - Pre aggiudicata

<b>Valutazione trasferita da RDO - Codice</b>	<b>Oggetto RDI di provenienza</b>
rfq_414094	AFFIDAMENTO FORNITURA DI APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE (N. 1 SPETTROMETRO DI MASSA ICP-QQQ; N. 1 BANCO CAPPATO MONOFRONTE; N. 1 SISTEMA DI PRODUZIONE DI

rfq_414094	ACQUA PURA, CON ELETTRODEIONIZZAZIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO POMIND - WBS PV13TE01 - CUP B84B13000480002
------------	--

<b>Tipo RDO nella Multilotto</b>
Tecnica/Economica

<b>Valore Gara in busta chiusa (RDO)</b>	<b>Valuta:</b>	
123.000	EUR	

**ATTRIBUTI RDO**

Tipologia RdO

Tipologia Procedura

**INFORMAZIONI TEMPORALI**

Data di Approvazione per la Pubblicazione	30/05/2023 15:16
Data e Ora di Chiusura	19/06/2023 12:00
Inizio Fase di Valutazione delle offerte:	20/06/2023 10:03
Valutazione iniziata da:	Marina Rita Monagheddu
Termine ultimo per la manifestazioni di interesse N ore prima della scadenza	0

**RIEPILOGO RISPOSTE**

Numero di Fornitori Invitati:	5
Numero di fornitori che hanno rifiutato l'invito:	0
Numero di fornitori esclusi in fase di Pre-Valutazione:	0
Numero di fornitori ammessi alle fasi successive di valutazione:	2
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Tecnica:	1
Numero di fornitori esclusi in fase di Valutazione Economica:	0

**Lista di fornitori invitati (\*)**

Ragione Sociale	Data d'invito	Fornitori invitati dall'Acquirente
PerkinElmer Scientifica S.r.l.	05/06/2023 10:27	Autoinvitato
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	31/05/2023 20:53	Autoinvitato

**ELENCO FORNITORI CHE HANNO DECLINATO L'INVITO**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITORI ESCLUSE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ELENCO FORNITORI AMMESSI ALLE FASI SUCCESSIVE DI VALUTAZIONE: (\*)**

Fornitore	Data della Risposta	Note
PerkinElmer Scientifica S.r.l.	16/06/2023 18:19	
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	14/06/2023 14:33	

NESSUN FORNITORE HA RISPOSTO PER CONTO DEI GRUPPI D'OFFERTA

**RISPOSTE TECNICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE**

Fornitore	Data della Risposta
PerkinElmer Scientifica S.r.l.	16/06/2023 18:19:52 da FOCARETE ATTILIO FABIO
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	14/06/2023 14:33:52 da MORIGGI GIUSY

**APERTURA BUSTA TECNICA**

Busta Tecnica Aperta

20/06/2023 10:04

Busta Tecnica Aperta da

Marina Rita Monagheddu

Commissione Apertura Buste

**BUSTA TECNICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Tecnica	Numero Parametri con tipologia di risposta: Data, SI/NO, Lista di valori, Lista Scelta Multipla, Testo, Numerico e Note	Numero Parametri con tipologia di risposta Allegato	Allegati Generici
2	0	0	2	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE TECNICHE (\*)**

Numero di Fornitori	2		
Numero di Parametri	2		
Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Monagheddu Marina Rita	20/06/2023 10:31	Dopo aver aperto le offerte tecniche del 1° lotto è stata riscontrata la presenza dei documenti richiesti dal capitolato.	No

Fornitore	PerkinElmer Scientifica S.r.l.
Valutazione Fornitore	Respinto
Note di esclusione/inclusione ufficiali	Da un'approfondita analisi della documentazione fornita nella busta tecnica di partecipazione alla

<b>Fornitore</b>	PerkinElmer Scientifica S.r.l.
<b>Valutazione Fornitore</b>	Respinto
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	gara, riportante sia le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta (ICP-MS Nexion 2000), sia la richiesta di partecipazione per criterio di equivalenza, si evince che l'offerta della ditta Perkin Elmer si riferisce a un sistema analitico non rientrante nella definizione IUPAC di "triplo quadrupolo", come esplicitamente richiesto all'art. 2 del capitolato tecnico di gara. Per tale motivo l'offerta della Ditta Perkin Elmer viene esclusa dalla gara.
<b>Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente</b>	TechnicalEnve.pdf.p7m (53 KB); Firma digitale controllata senza errori

<b>Utente creatore</b>	<b>Data inserimento commento</b>	<b>Commento</b>	<b>Allegato</b>
Monagheddu Marina Rita	28/06/2023 15:45	Da un'approfondita analisi della documentazione fornita nella busta tecnica di partecipazione alla gara, riportante sia le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta (ICP-MS Nexion 2000), sia la richiesta di partecipazione per criterio di equivalenza, si evince che l'offerta della ditta Perkin Elmer si riferisce a un sistema analitico non rientrante nella definizione IUPAC di "triplo quadrupolo", come esplicitamente richiesto all'art. 2 del capitolato tecnico di gara. Per tale motivo l'offerta della Ditta Perkin Elmer viene esclusa dalla gara.	No

<b>Nome Sezione</b>	
1.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA	
<b>Parametro</b>	<b>Descrizione</b>
1.1.1 DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE E/O MANUALI TECNICI DEL COSTRUTTORE DEI BENI OFFERTI (IN LINGUA ITALIANA)	<p>ALLEGARE DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE E/O MANUALI TECNICI DEL COSTRUTTORE DEI BENI OFFERTI (IN LINGUA ITALIANA), DAI QUALI EMERGANO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI STESSI. LE CARATTERISTICHE MEDESIME DEVONO ESSERE CONFORMI, PENA L'ESCLUSIONE, A QUELLE MINIME DI CUI AL CAPITOLATO DI GARA.</p> <p>SI RACCOMANDA DI ALLEGARE DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE E/O MANUALI TECNICI CONTENENTI TUTTE LE CARATTERISTICHE DEI BENI IN MODO TALE CHE SI POSSANO CONFRONTARE CON QUELLE MINIME RICHIESTE IN CAPITOLATO. INFATTI LA PRECISA INDIVIDUAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DELLA TIPOLOGIA E DELLE CARATTERISTICHE DEL BENE OFFERTO, È PRESUPPOSTO NECESSARIO PER L'AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DI APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA.</p> <p>LADDOVE ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE RICHIESTE NON EMERGANO DAI DOCUMENTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO 1.1.1, SI POSSONO PRESENTARE I DOCUMENTI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.1.2.</p> <p>NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI</p>

Parametro	Descrizione		
1.1.1 DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE E/O MANUALI TECNICI DEL COSTRUTTORE DEI BENI OFFERTI (IN LINGUA ITALIANA)	ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DOCUMENTI ECONOMICI.		
<b>Valore</b>			
Relazione Tecnica Lotto 1.pdf.p7m			
Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Monagheddu Marina Rita	28/06/2023 15:44	Da un'approfondita analisi della documentazione fornita nella busta tecnica di partecipazione alla gara, riportante sia le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta (ICP-MS Nexion 2000), sia la richiesta di partecipazione per criterio di equivalenza, si evince che l'offerta della ditta Perkin Elmer si riferisce a un sistema analitico non rientrante nella definizione IUPAC di "triplo quadrupolo", come esplicitamente richiesto all'art. 2 del capitolato tecnico di gara. Per tale motivo l'offerta della Ditta Perkin Elmer viene esclusa dalla gara.	No

Parametro	Descrizione		
1.1.2 EVENTUALE DICHIARAZIONE TECNICA INTEGRATIVA	AI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 1 PUO' ESSERE ALLEGATA UNA DICHIARAZIONE TECNICA INTEGRATIVA (CON FIRMA DIGITALE DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE), LADDOVE ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE RICHIESTE NON EMERGANO DAI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 1.1.1  NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DOCUMENTI ECONOMICI.		
<b>Valore</b>			
Relazione equivalenza.pdf.p7m			Firma digitale controllata senza errori
Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato

Utente creatore	Data inserimento commento	Commento	Allegato
Monagheddu Marina Rita	28/06/2023 15:44	Da un'approfondita analisi della documentazione fornita nella busta tecnica di partecipazione alla gara, riportante sia le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta (ICP-MS Nexion 2000), sia la richiesta di partecipazione per criterio di equivalenza, si evince che l'offerta della ditta Perkin Elmer si riferisce a un sistema analitico non rientrante nella definizione IUPAC di "triplo quadrupolo", come esplicitamente richiesto all'art. 2 del capitolato tecnico di gara. Per tale motivo l'offerta della Ditta Perkin Elmer viene esclusa dalla gara.	No

<b>Fornitore</b>	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
<b>Valutazione Fornitore</b>	Accettato
<b>Note di esclusione/inclusione ufficiali</b>	

<b>Allegato Busta Tecnica firmata digitalmente</b>	TechnicalEnvelopeSummary.pdf.p7m (51 KB); Firma digitale controllata senza errori
--	---

<b>Nome Sezione</b>	1.1 DOCUMENTAZIONE TECNICA
---------------------	----------------------------

Parametro	Descrizione
1.1.1 DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE E/O MANUALI TECNICI DEL COSTRUTTORE DEI BENI OFFERTI (IN LINGUA ITALIANA)	<p>ALLEGARE DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE ILLUSTRATIVE E/O MANUALI TECNICI DEL COSTRUTTORE DEI BENI OFFERTI (IN LINGUA ITALIANA), DAI QUALI EMERGANO LE CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI STESSI. LE CARATTERISTICHE MEDESIME DEVONO ESSERE CONFORMI, PENA L'ESCLUSIONE, A QUELLE MINIME DI CUI AL CAPITOLATO DI GARA.</p> <p>SI RACCOMANDA DI ALLEGARE DEPLIANTS E/O SCHEDE TECNICHE E/O MANUALI TECNICI CONTENENTI TUTTE LE CARATTERISTICHE DEI BENI IN MODO TALE CHE SI POSSANO CONFRONTARE CON QUELLE MINIME RICHIESTE IN CAPITOLATO. INFATTI LA PRECISA INDIVIDUAZIONE E RINTRACCIABILITÀ DELLA TIPOLOGIA E DELLE CARATTERISTICHE DEL BENE OFFERTO, È PRESUPPOSTO NECESSARIO PER L'AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA FASE DI APERTURA DELL'OFFERTA ECONOMICA.</p> <p>LADDOVE ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE RICHIESTE NON EMERGANO DAI DOCUMENTI DI CUI AL PRESENTE PUNTO 1.1.1, SI POSSONO PRESENTARE I DOCUMENTI DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 1.1.2.</p> <p>NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DOCUMENTI ECONOMICI.</p>

Valore	
Depliant_schede tecniche.pdf.p7m	
Parametro	Descrizione
1.1.2 EVENTUALE DICHIARAZIONE TECNICA INTEGRATIVA	AI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 1 PUO' ESSERE ALLEGATA UNA DICHIARAZIONE TECNICA INTEGRATIVA (CON FIRMA DIGITALE DI UN LEGALE RAPPRESENTANTE), LADDOVE ALCUNE DELLE CARATTERISTICHE RICHIESTE NON EMERGANO DAI DOCUMENTI DI CUI AL PUNTO 1.1.1  NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA NON DEVONO ESSERE INSERITI, A PENA DI ESCLUSIONE, RIFERIMENTI AI PREZZI CHE VANNO INVECE INSERITI NELLA SEZIONE DOCUMENTI ECONOMICI.
Valore	
RELAZIONE TECNICA iCAP-TQe 2023.pdf.p7m	Firma digitale controllata senza errori

**GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE TECNICA (\*)**

Utente-Gruppo di Valutazione Tecnica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Marina Rita Monagheddu	PerkinElmer Scientifica S.r.l.	20/06/2023 10:04
Marina Rita Monagheddu	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	20/06/2023 10:07

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE TECNICA**

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Marina Rita Monagheddu	28/06/2023 15:47	1	1

**ESITO VALUTAZIONE TECNICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**RISPOSTE ECONOMICHE DISPONIBILI PER LA VALUTAZIONE**

Fornitore	Data della Risposta
PerkinElmer Scientifica S.r.l.	16/06/2023 18:19:52 da FOCARETE ATTILIO FABIO
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	14/06/2023 14:33:52 da MORIGGI GIUSY

**APERTURA BUSTA ECONOMICA**

Busta Economica Aperta

28/06/2023 15:57

Busta Economica Aperta da

Marina Rita Monagheddu

Commissione Apertura Buste

**BUSTA ECONOMICA**

Fornitori Attivi	Membri del Gruppo di Valutazione Economico	Parametri Prezzo inclusi nella Classifica Finale	Parametri Prezzo esclusi dalla Classifica Finale	Allegati Generici
1	0	1	0	Abilitato

**DETTAGLI VALUTAZIONE RISPOSTE ECONOMICHE (\*)**

Numero di Fornitori	1
Numero di Parametri	2

Fornitore	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA
Valutazione Fornitore	Accettato
Note di esclusione/inclusione ufficiali	
Valuta Evento	EUR
Prezzo totale complessivo	121.841,34
Allegato Busta Economica firmata digitalmente	PriceEnvelopeSummary (3).pdf.p7m (52 KB); Firma digitale controllata senza errori

Nome Sezione	2.1 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA - "OFFERTA ECONOMICA"
Subtotale (Sub-Totale Incluso nel Totale)	121.841,34

Nota	Descrizione	
2.1.1	INSERIRE SCONTO UNICO PERCENTUALE DA APPLICARE ALLA BASE D'ASTA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE SPETTROMETRO DI MASSA ICP-QQQ	
Prezzo Base	Sconto %	Totale
123.000	0,942	121.841,34

Nome Sezione	2.2 DICHIARAZIONI ALLEGATE ALL'OFFERTA ECONOMICA
--------------	--

Parametro	Descrizione
2.2.1 DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA	<p>IL FIRMATARIO DELL'OFFERTA ECONOMICA DICHIARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>DI AVER GIUDICATO IL PREZZO OFFERTO, NEL SUO COMPLESSO, REMUNERATIVO;</li> <li>DI AVER PRESO ESATTA CONOSCENZA DELLA NATURA DELL'APPALTO E DI TUTTE LE CIRCOSTANZE PARTICOLARI E GENERALI CHE POSSONO AVER INFLUITO SULLA DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA;</li> <li>DI IMPEGNARSI A MANTENERE VALIDA L'OFFERTA PER 180 GIORNI DALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA STESSA;</li> <li>DI AVER TENUTO CONTO, NEL FORMULARE L'OFFERTA, DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI LAVORATORI, NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONDIZIONI DI LAVORO;</li> <li>DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE SENZA ALCUNA RISERVA I PATTI E LE</li> </ol>



Parametro	Descrizione
2.2.1 DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA	CONDIZIONI DEL CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA RDO
<b>Valore</b>	
SI CONFERMANO LE DICHIARAZIONI A FIANCO RIPORTATE	

**GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ATTIVITA' GRUPPO DI VALUTAZIONE ECONOMICA (\*)**

Utente-Gruppo di Valutazione Economica	Fornitore	Primo Accesso - Data e Ora di Apertura
Marina Rita Monagheddu	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	28/06/2023 15:57

**CONGELAMENTO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Utente che ha congelato la valutazione	Data & Ora	Fornitori non esclusi	Fornitori esclusi
Marina Rita Monagheddu	28/06/2023 15:59	1	0

**ESITO VALUTAZIONE ECONOMICA**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**ESCLUSIONE FORNITORE**

Fornitore	Stato Ausiliario Fornitore	Escluso dall'Aggiudicazione
THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA		No

**COMMENTI DI AGGIUDICAZIONE**

Non sono presenti elementi da mostrare.

**PROCESSO DI FINALIZZAZIONE RDO**

Round	Utente che ha svolto l'azione	Data & Ora - Azione	Azione svolte
0	Monagheddu Marina Rita	30/05/2023 15:16	Prima offerta
0			Valutazione Finale - Pre aggiudicata

**AGGIUDICAZIONE: Valutazione Finale - Pre aggiudicata**

Classifica	Ragione Sociale	Aggiudicazione	Prezzo Totale	Prezzo Confermato
1	THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA	Aggiudicata	121.841,34	121.841,34

## RDO ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## ASTE ASSOCIATE

Non sono presenti elementi da mostrare.

## CONTRATTI ASSOCIATI

Non sono presenti elementi da mostrare.

## STORICO DEGLI STATI

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
28/06/2023 15:59:06		La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.	Monaghe ddu Marina Rita			La fase di Valutazione Economica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Finale.
28/06/2023 15:57:09		La Busta Economica è stata aperta	Monaghe ddu Marina Rita			La Busta Economica è stata aperta
28/06/2023 15:47:22		La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.	Monaghe ddu Marina Rita			La fase di Valutazione Tecnica è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Economica.

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
28/06/2023 15:46:48		Gestisci Esclusione del Fornitore in Valutazione Tecnica	Monaghe ddu Marina Rita	Da un' approfondita analisi della documentazione fornita nella busta tecnica di partecipazione alla gara, riportante sia le caratteristiche tecniche della strumentazione offerta (ICP-MS Nexion 2000), sia la richiesta di partecipazione per criterio di equivalenza, si evince che l' offerta della ditta Perkin Elmer si riferisce a un sistema analitico non rientrante nella definizione IUPAC di "triplo quadrupolo", come		Il fornitore PerkinElmer Scientifica S.r.l. è stato ufficialmente Escluso dalla Valutazione Tecnica

Data	Obiettivo	Descrizione	Effettuato da	Commenti a modifica	File allegato	Descrizione Dettagliata
				esplicitamente richiesto all'art. 2 del capitolato tecnico di gara. Per tale motivo l'offerta della Ditta Perkin Elmer viene esclusa dalla gara.		
20/06/2023 10:04:10		La Busta Tecnica è stata Aperta	Monaghe ddu Marina Rita			La Busta Tecnica è stata Aperta
20/06/2023 10:04:07		La fase di Pre- valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.	Monaghe ddu Marina Rita			La fase di Pre- valutazione è stata congelata e la RDO è entrata in fase di Valutazione Tecnica.
20/06/2023 10:03:07		Valutazione RdO Iniziata	Monaghe ddu Marina Rita			Data di Chiusura RdO: 19/06/2023 12:00:00
30/05/2023 15:16:55		La RDO è stata pubblicata.	Monaghe ddu Marina Rita			La RDO è stata pubblicata., La RDO si conclude in data: 19/06/2023 12:00:00 .

**(\* ) Fornitori filtrati inseriti in questo verbale:**

- 1) PerkinElmer Scientifica S.r.l.
- 2) THERMO FISHER SCIENTIFIC SPA